Харківський політехнічний фаховий коледж

Перелік об’єктів державної власності, що пропонуються до списання

№ з/п	Назва об`єкта	Інвентарний номер	Рік випуску	Примітка
1	Вольтметр Вольтметр В7-16А	101452898	1982	Пошкодження штепсельної колодки. Пошкодження монтажної плати. Пошкодження стабілітрону. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
2	Вольтметр В7-16А	101472224	1982	Механічне пошкодження. Пошкодження Батареї Гальванічних елементів. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
3	Вольтметр універсальний цифровий В7-27	101452558	1979	Пошкодження штепсельної колодки. Пошкодження монтажної плати. Пошкодження стабілітрону. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
4	Вольтметр універсальний цифровий В7-22А	101452772	1981	Механічне пошкодження. Пошкодження Батареї Гальванічних елементів.

				Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
5	Випрямляч СВСП 24/10	101451647	1973	Погоріли транзистори. Згорів діодний міст. Згорів вольтметр. Пробитий конденсатор Пробита ізоляція обмотки. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
6	Комплект апаратури станціоного зв'язку типу КАСС-6 пульт	101451084	1972	Деформація корпусу . Висохли конденсатори. Роз’єднання пайки. Не працює мікрофон. Пошкоджений модуль обробки сигналу Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
7	Осцилограф С01-73	101453390	1991	Міжвиткове замикання силового трансформатора. Обрив резистора. Обрив обмотки. Втрата контакту у роз’ємах. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
8	Осцилограф С1-73	101453391	1991	Замикання схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
9	Осцилограф С1-73	101453392	1991	Перегорання низьковольтних мікросхем. Тепловий пробій мікросхем. Пошкодження контактів. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.

10	Осцилограф С1-99	101453372	1990	Пошкоджений контролер. Замикання контактів реле. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
11	Прилад ПКП-4	101453035	1984	Міжвиткове замикання силового трансформатора. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
12	Прилад Р5-10	101453087	1985	Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
13	Прилад ПКП-4	101453105	1985	Замикання силового трансформатора. Обрив резистора. Обрив обмотки. Втрата контакту у роз’ємах. Несправність електричної схеми включення та керування. Фізичне зношення. Деформація корпусу Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
14	Прилад ПКП-4	101453106	1985	Тріщина плати. Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замикання контактів Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.

15	Прилад Р5-10	101453167	1987	Замикання силового трансформатора. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
16	Прилад Р5-10	101453198	1987	Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
17	Прилад Р5-10	101453268	1988	Втрата контакту у роз’ємах. Несправність електричної схеми включення та керування. Фізичне зношення. Замикання силового трансформатора. Обрив резистора. Обрив обмотки. Деформація корпусу. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
18	Пульт ПУ ЭЦ 36583	101452166	1977	Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Вийшов з ладу блок УЗО. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
19	Пульт радіовимірювальний ГК-4	101450569	1983	Тріщина плати. Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замикання контактів автоматичного вимкнення ліній. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.

20	Станція ДРС И-69	101452871	1982	Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замикання доріжок. Замикання витків Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
21	Станція розпорядча диспетчерського зв'язку з тональним викликом РСДТ-2-61 (распорядительная) Пульт диспетчера	101451088	1972	Вийшов з ладу мікропроцесор. Частково не працюють сегменти індикатору. Перегоряння драйвера індикатора. Перегоряння драйвера клавіатури Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
22	Стенд універсальний УС	101450298	1972	Замикання схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
23	Стійка напівпровідникових випрямлячів 24В, 10А	101451093	1972	Замикання схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
24	Прилад Частотомір Ф 5080	101452039	1976	Пошкоджені роз’ємні з’єднувачі. Згоріла інтегральна мікросхема. Згоріли трансформатори. Згорів діодний міст. Згоріли електрично -сигнальні лампи. Погоріли резистори. Пошкоджені дроселі. Пошкоджене реле.

				Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
25	Прилад Частотомір Ф 5137	101452943	1983	Обрив резистора. Обрив обмотки. Втрата контакту у роз’ємах. Міжвиткове замикання силового трансформатора. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
26	Прилад Частотомір Ф 5137	101452945	1983	Пошкоджені роз’ємні з’єднувачі. Згоріла інтегральна мікросхема. Згоріли трансформатори. Згорів діодний міст. Згоріли електрично -сигнальні лампи. Погоріли резистори. Пошкоджені дроселі. Пошкоджене реле Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
27	Прилад Частотомір Ф 5137	101452944	1983	Замикання схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
28	Прилад Частотомір Ч3-32	101452880	1982	Відсутнє підсвічування шкали. Вийшов з ладу вимірювальний пристрій. Пошкодження блоку детектування. Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.

29	Прилад Частотомір Ч3-32	101452881	1982	Пошкоджений контролер. Замикання контактів реле. Замикання витків обмотки трансформатора блоку живлення Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.
30	Шафа ШД-ЭЦ 36292	101452168	1977	Біля ланцюгів живлення є підгари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Тріщина плати. Деформація радіаторів охолодження Об‘єкт непридатний для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу.